

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS

CNPJ: 03.133.097/0001-07 Telefone/Fax: (66) 3471 1155 / (66) 3471 1219
RUA DOM AQUINO 346
C.E.P.: 78770-000 - Alto Garças - MT

Solicitação Nr.: 956/2020

Data: 19/03/2020

Nr. por Centro de Custo: 33

- [] Execução de Serviço
[] Execução de Obra
[] Compra

Folha: 1/3

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 32 - CENTRO DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO

Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nome do Solicitante: LAIANE DOS SANTOS FEITOSA

Local de Entrega: HOSPITAL E PRONTO ATENDIMENTO - Av. Coronel Cajango

Destinação: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, AFIM DE ATENDER PACIENTES EM POSSÍVEL SURTO RELACIONADO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS-COVID 19.

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	3	UN	MONITOR DE PARAMETROS FISIOLÓGICOS - MONITOR MULTIPARAMETROS PA/FC/FR/ SPO2 (TRANSPORTE), MONITOR MULTIPARAMETRICO DE SINAIS VITAIS, TRANSPORTAVEL PORTATIL, MICROPROCESSADO, SELECIONAVEL PELO OPERADOR PARA USO EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS OU NEONATOS. PARA UTILIZAÇÃO EM SALAS DE CIRURGIAS, UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA E SEMI-INTENSIVA PARA O DIAGNÓSTICO DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS, DISPLAY TFT COLORIDO DE NO MÍNIMO 12" (TOUCH SCREEN); COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1024 X 768, COMPATIBILIDADE A REDE ALTERNADA DE 100-250 VAC- 50/60HZ; BATERIA DE LÍTIO COM AUTONOMIA MÍNIMA PARA 4 (QUATRO) HORAS DE USO, DE FORMA A PERMITIR O TRANSPORTE SEM PERDER A MONITORIZAÇÃO COM CARREGADOR INTERNO AO EQUIPAMENTO, SOFTWARE DE OXICARDIORESPIROGRAMA PERMITINDO A CORRELAÇÃO SIMULTÂNEA ENTRE A FREQUÊNCIA CARDÍACA, MARCAPASSO; POSSIBILIDADE DE MONITORIZAÇÃO DE 3 OU 7 DERIVAÇÕES; CONTROLE DE VELOCIDADE PARA O TRACADO DE: 12.5MM/S, 25 MM/S E 50 MM/S; ALARME INTERVALO	16.243,5000	48.730,50

Solicitante: LAIANE DOS SANTOS FEITOSA: *Laiane*

Alto Garças, 19 de Março de 2020.

Linata Martini

Assinatura do Responsável

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS

CNPJ: 03.133.097/0001-07 Telefone/Fax: (66) 3471 1155 / (66) 3471 1219
RUA DOM AQUINO 346
C.E.P.: 78770-000 - Alto Garças - MT

Solicitação Nr.: 956/2020

Data: 19/03/2020

Nr. por Centro de Custo: 33

Folha: 2/3

- ☐ Execução de Serviço
☐ Execução de Obra
☐ Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			PEDIATRICO 15 ~ 350 (BPM) ADULTO 15 ~ 300. (211142709)		
2	4	UN	CARRO MACA HOSPITALAR - ESTRUTURA EM BASE EM ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO INOXIDAVEL RETANGULAR DE APROXIMADAMENTE 2 POLEGADAS DE DIAMETRO E 1,25MM DE ESPESSURA DE PAREDE, REVESTIDA EM MATERIAL TERMO PLASTICO COM SUPORTE PARA CILINDRO, LEITO FIXO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, COM CABECEIRA MOVEL REGULAVEL, POR MEIO DE CREMALHEIRAS DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, MOVIMENTO DE ELEVACAO POR SISTEMA HIDRAULICO A PEDAL, MOVIMENTOS TRENDLEMBURG E REVERSO DE TRENDLEMBURG ACIONADOS POR PISTAO, RODAS GIRATORIAS DE 165MM DE DIAMETRO, COM ARO DE BORRACHA MACICA E FREIO EM DIAGONAL EM 02 RODAS, COM PARA-CHOQUE AMORTECEDOR EM TODA VOLTA, GRADES DE TOMBAR NOS DOIS LADOS, EM TUBOS REDONDOS DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, COM APROXIMADAMENTE 1 POLEGADA DE DIAMETRO E 1,25MM DE ESPESSURA DE PAREDE, DIMENSOES: DIMENSOES APROXIMADAS EXTERNAS (+ /- 10% DE DERIVACAO DE 200MM X 90MM) E INTERNAS (+/- 10% DE DERIVACAO DE 190MM X 80MM), COM ALTURA AJUSTAVEL DE 65 A 95MM, ACOMPANHA EQUIPADA COM SUPORTE PARA CILINDRO DE O2 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COLCHONETE EM ESPUMA DENSIDADE 33, COM 12CM DE ESPESSURA NAS DIMENSOES DA MACA, REVESTIDO DE COURVIN, TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO MOVEL, INCLUI: CERTIFICADO DE COMPROVACAO DA LIGA DE ACO AISI 304, TODOS OS DISPOSITIVOS E ACESSORIOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES PARA PECAS E SERVICOS, ASSISTENCIA TECNICA EM MATO GROSSO, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. (211142710)	7.600,0000	30.400,00
3	8	UN	POLTRONA HOSPITALAR - PARA DESCANSO, ESTRUTURA EM	4.396,0000	35.168,00

Solicitante: LAIANE DOS SANTOS FEITOSA: *Laiane*

Alto Garças, 19 de Março de 2020.

Linata Mantum

Assinatura do Responsável

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS

CNPJ: 03.133.097/0001-07 Telefone/Fax: (66) 3471 1155 / (66) 3471 1219
RUA DOM AQUINO 346
C.E.P.: 78770-000 - Alto Garças - MT

Solicitação Nr.: 956/2020

Data: 19/03/2020

Nr. por Centro de Custo: 33

Folha: 3/3

- ☐ Execução de Serviço
☐ Execução de Obra
☐ Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
4	1	UN	TUBOS DE ACO REDONDOS, ESMALTADA, PES CMO PONTEIRA DE BORRACHA, RECLINAVEL ATRAVES DE CREMALHEIRA, EM 3 POSICOES, REVESTIMENTO EM COURVIN NO ASSENTO, ENCOSTO, BRACO E DESCANSO PARA PES, DIMENSOES: (160X60X59)CM (211142711) DESFIBRILADOR - COM MONITOR EXTERNO E CARDIOVERSOR, CARGA AJUSTAVEL DE 0 A 400 JOULES, DESCARGA AUTOMATICA AO DESLIGAR O APARELHO, SINCRONISMO PARA CARDIOVERSAO DESFIBRILACAO EM MODO SINCRONIZADO (CARDIOVERSAO)E NAO SINCRONIZADO, JOGOS DE ELETRODOS EXTERNOS E INTERNOS ADULTO, INFANTIL, ELETRODO MULTIFUNCAO, MONITOR 5 POLEGADAS, 2 CANAIS DE DISPLAY FED, ALARMES: PARA ARRITMIAS (BRADICARDIA E TAQUICARDIA), SEGURANCA DE ACORDO COM A NORMA TECNICA NBR/IEC 601, PORTATIL PARA UNIDADE MOVEL, COM PESO MAXIMO DE10KG, ALIMENTACAO: 110/220 VOLTS - 60 HZ OU 12 V, BATERIA RECARREGAVEL DE NO MINIMO 2 HORAS OU 35 DESCARGAS DE 360J, ACOMPANHA: CABO DE INTERLIGACA COM MONITOR, CABO DE PACIENTE DE 5 VIAS, SACOLA PARA TRANSPORTE, INCLUI: MANUAL DE OPERACAO (211142744)	31.141,9900	31.141,99
				Preço Total:	145.440,49

Solicitante: LAIANE DOS SANTOS FEITOSA: *Laiane*

Alto Garças, 19 de Março de 2020.

Renata Montini

Assinatura do Responsável