

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS

CNPJ: 03.133.097/0001-07 Telefone/Fax: (66) 3471 1155 / (66) 3471 1219
RUA DOM AQUINO 346
C.E.P.: 78770-000 - Alto Garças - MT

Solicitação Nr.: 992/2020


Data: 25/03/2020

Nr. por Centro de Custo: 37

Folha: 1/2

- [] Execução de Serviço
[] Execução de Obra
[] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS



SOLICITANTE:

Centro de Custo: 32 - CENTRO DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO Código da Dotação :
Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 07.01.1.145.4.4.90.52.08.00.00.00 (647/2020)
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nome do Solicitante: Kedma Cristina Oliveira da Costa
Local de Entrega: HOSPITAL E PRONTO ATENDIMENTO - Av. Coronel Cajango
Destinação: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER A POSSIVEL DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL NOS CASOS DE COVID-19 Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	3	UN	MONITOR DE PARAMETROS FISIOLÓGICOS - MONITOR MULTIPARAMETROS PA/FC/FR/ SPO2 (TRANSPORTE), MONITOR MULTIPARAMETRICO DE SINAIS VITAIS, TRANSPORTAVEL PORTATIL, MICROPROCESSADO, SELECIONAVEL PELO OPERADOR PARA USO EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS OU NEONATOS. PARA UTILIZAÇÃO EM SALAS DE CIRURGIAS, UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA E SEMI-INTENSIVA PARA O DIAGNÓSTICO DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS, DISPLAY TFT COLORIDO DE NO MÍNIMO 12" (TOUCH SCREEN); COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1024 X 768, COMPATIBILIDADE A REDE ALTERNADA DE 100-250 VAC- 50/60HZ; BATERIA DE LÍTIO COM AUTONOMIA MÍNIMA PARA 4 (QUATRO) HORAS DE USO, DE FORMA A PERMITIR O TRANSPORTE SEM PERDER A MONITORIZAÇÃO COM CARREGADOR INTERNO AO EQUIPAMENTO, SOFTWARE DE OXICARDIORESPIROGRAMA PERMITINDO A CORRELAÇÃO SIMULTÂNEA ENTRE A FREQUÊNCIA CARDÍACA, MARCAPASSO; POSSIBILIDADE DE MONITORIZAÇÃO DE 3 OU 7 DERIVAÇÕES; CONTROLE DE VELOCIDADE PARA O TRACADO DE: 12.5MM/S, 25 MM/S E 50 MM/S; ALARME INTERVALO	7.980,0000	23.940,00

Solicitante: Kedma Cristina Oliveira da Costa

Alto Garças, 25 de Março de 2020.

Kedma C.O. da Costa
Assinatura do Responsável

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS

CNPJ: 03.133.097/0001-07 Telefone/Fax: (66) 3471 1155 / (66) 3471 1219
RUA DOM AQUINO 346
C.E.P.: 78770-000 - Alto Garças - MT

Solicitação Nr.: 992/2020

Data: 25/03/2020


Nr. por Centro de Custo: 37

Folha: 2/2

- ☐ Execução de Serviço
☐ Execução de Obra
☐ Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			PEDIATRICO 15 ~ 350 (BPM) ADULTO 15 ~ 300. (211142709)		
2	4	UN	SISTEMA DE VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA- VPAP AUTOMATICO COM UMIDIFICADOR E MÁSCARA (211142745)	7.148,1000	28.592,40
				Preço Total:	52.532,40



Solicitante: Kedma Cristina Oliveira da Costa

Kedma e. O. do Lago

Alto Garças, 25 de Março de 2020.

Renata Martins
Assinatura do Responsável
Renata M. de O. do Carmo
Sec. Mun. de Saúde
Port. Nº 033/2020